

## ДОПОЛНЕНИЕ № 5 К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

ФГУ «Пензенский ЦСМ»  
440039, г. Пенза, ул. Комсомольская 20

**ВМ**

шифр поверительного клейма

№ п/п	Наименование поверяемых групп средств измерений	Метрологические характеристики		Примечание
		Диапазон измерений	Класс, разряд, погрешность	
418	Измерители электрического сопротивления, омметры	$(1 \cdot 10^{-3} - 5 \cdot 10^{12}) \text{ Ом}$	ПГ $\pm (0,005 - 10) \%$	
419	Мосты постоянного тока одинарные, двойные, одинарно-двойные	$(1 \cdot 10^{-3} - 5 \cdot 10^{12}) \text{ Ом}$	ПГ $\pm (0,005 - 10) \%$	
420	Калибраторы электрического сопротивления	$(1 \cdot 10^5 - 5 \cdot 10^{12}) \text{ Ом}$	КТ 1,5	

М. П.  
Заместитель Руководителя  
Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии



В. Н. Крутиков