

Наименования групп средств виброакустических измерений

№ п/п	Наименование поверяемых групп средств измерений	Метрологические характеристики		Примечание
		Диапазон измерений	Класс, разряд, погрешность	
1	2	3	4	5
1	Виброметры и виброизмерительные преобразователи	(14 – 3700) Гц (2 – 70) м/с ² (6·10 ⁻⁴ – 10 ⁻¹) м/с (1·10 ⁻⁶ – 1·10 ⁻²) м	ПГ ± (6·10 ⁻² - 2·10 ⁻¹) ГЦ ПГ ± 10 % ПГ ± 10 % ПГ ± 10 %	