ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ И(ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИЙ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пензенской области»

наименование

RA.RU.311197

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. **440028, РОССИЯ, Пензенская область, город Пенза, улица Комсомольская, дом 20.**

адреса мест осуществления деятельности

2. **442961, РОССИЯ, Пензенская область, город Заречный, улица Промышленная, стр.5, участок поверки СИ геометрических и температурных величин № 3.**

адреса мест осуществления деятельности

440028, РОССИЯ, Пензенская область, город Пенза, улица Комсомольская, дом 20.

адреса мест осуществления деятельности

N п/п	Измерения	Испытываемые средства измерений	Обеспечиваемые предельные значения метрологических характеристик		Примечание
			Диапазон измерений	Погрешность и (или) неопределенность	
5. Испытания средств измерений в целях утверждения типа					
5.1.	Измерения геометрических величин;	Средства измерений параметров шероховатости, профилографы, профилометры;	Ra, Rz, Rmax - (0,005 – 12 000) мкм	Погрешность: ± (2 – 15) %	-

N п/п	Измерения	Испытываемые средства измерений	Обеспечиваемые предельные значения метрологических характеристик		Примечание
			Диапазон измерений	Погрешность и (или) неопределенность	
5.2.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;	Датчики расхода, количества капель и пузырьков;	(0 – 0,0009) м³/ч (0 – 283) капель (пузырьков)	Погрешность: ± 3% ± 1 капля (пузырек)	-
5.3.	Измерения электрических и магнитных величин;	Средства измерений электрического напряжения постоянного тока: вольтметры;	от минус 1 100 до минус 1 000 В	Погрешность: ± (0,0008 – 5) %	-
5.4.	Измерения электрических и магнитных величин;	Средства измерений электрического напряжения постоянного тока: компараторы напряжений;	от минус 1100 до минус 1000 В	Погрешность: ± (0,0008 – 5) %	-
5.5.	Измерения электрических и магнитных величин;	Установки;	(0 – 120) А (45 – 400) Гц	Погрешность: ± (0,025 – 7) %	-
5.6.	Измерения электрических и магнитных величин;	Контроллеры и устройства;	(0 – 120) А (45 – 400) Гц	Погрешность: ± (0,025 – 7) %	-

N п/п	Измерения	Испытываемые средства измерений	Обеспечиваемые предельные значения метрологических характеристик		Примечание
			Диапазон измерений	Погрешность и (или) неопределенность	
5.7.	Измерения электрических и магнитных величин;	Измерители и приборы;	(0 – 120) А (45 – 400) Гц	Погрешность: ± (0,025 – 7) %	-

442961, РОССИЯ, Пензенская область, город Заречный, улица Промышленная, стр.5, участок поверки СИ геометрических и температурных величин № 3.

адреса мест осуществления деятельности

N п/п	Измерения	Испытываемые средства измерений	Обеспечиваемые предельные значения метрологических характеристик		Примечание
			Диапазон измерений	Погрешность и (или) неопределенность	
5. Испытания средств измерений в целях утверждения типа					
5.1.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;	Средства измерений уровня;	(0 - 20) м	Погрешность: ± (1 – 20) мм	-

Директор | Подписано электронной подписью | А.А. Данилов

должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного лица